Descrição do Produto: O Alergoprck Inox é uma lanceta fabricada em aço inox com largura de 5,3 mm e comprimento de 36 mm, apresentando em sua extremidade distal afunilada e pontiaguda um puntor calibrado de 1 mm para perfurar a pele. Com formato anatômico que propicia firmeza durante sua manipulação pelo profissional da saúde, proporciona um meio fácil e seguro para realização de testes alérgicos por puntura (prick test).

Indicação e Finalidade de Uso: Alergoprck Inox é um dispositivo médico para ser utilizado na perfuração da pele, sem sangramento, na realização de testes alérgicos por puntura (prick test) em humanos (adultos e crianças) e animais. A lanceta ao perfurar a pele facilita a penetração da substância a ser testada (alérgeno). Utilize uma lanceta para cada alérgico testado, evitando contaminação ou reação cruzada entre os alérgenos.

Instrução de Uso:

1. Preparo da pele do paciente: a pele deve ser limpa com algodão e álcool etílico 70%, não devendo estar lesada ou com dermatites.
2. Local do teste: face média ventral (volar) dos antebraços.
3. Execução do teste de puntura (ou prick test): uma gota de cada substância (ou alérgeno) a ser testada no antebraço, é colocada na pele (epiderme) do paciente, com um intervalo mínimo de 3 cm entre elas.
4. Retire a lanceta da embalagem, com cuidado para não contaminar ou danificar a ponta.
5. A pele é então perfurada perpendicularmente através da gota com a lanceta, fazendo-se pressão suficiente durante três a cinco segundos para que a ponta da lanceta penetre na pele, sem provocar sangramento.
6. Em seguida, a pele pode ser enxugada com papel toalha ou compressas de gazes para curativo.
7. Utilize uma lanceta para cada substância (ou antígeno) a ser testado.
8. Este procedimento deve ser realizado por profissional qualificado, habilitado, e com domínio na execução de testes alérgicos por puntura (prick test).
9. Leitura do resultado do teste alérgico por puntura: é feita após 15 minutos.
10. Resultado: são considerados positivos as substâncias (alérgenos) cujas pápulas apresentam diâmetro igual ou superior a 3 mm, após desconto do diâmetro do controle negativo, quando este ocorrer (critérios do Comitê de Testes Cutâneos da Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica).

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados:

Nunca utilize uma lanceta se o lacre da embalagem original estiver violado. Neste caso, informar o fabricante imediatamente.

O dispositivo médico é de uso único e não deve ser reutilizado em nenhuma hipótese.

Descartar após o uso.

Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto esterilizado por óxido de Etileno (ETO). Proibido reprocessar.

Condições de Manipulação: Este produto deve ser manuseado em área médico-hospitalar, por profissionais qualificados e habilitados, com domínio e preparo para executar os procedimentos a serem aplicados. Durante o manuseio do produto, tome as devidas precauções, tais como, não contaminar ou danificar a ponta da lanceta.

Armazenamento e Transporte: O produto deve ser armazenado em suas embalagens originais em temperatura ambiente, em local ventilado, fresco e seco e ao abrigo da incidência direta de raios solares. Não armazenar o produto em temperaturas superiores a 40°C. Durante o transporte tomar as devidas precauções, tais como, não jogar, não amassar, não rasgar, não perfurar, não molhar.

Contraindicações: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação, desde que seguidas as indicações e instruções de uso do mesmo e utilizado para o fim que se destina.

Descarte: Descartar o material de acordo com os procedimentos do hospital/clínica, respeitando a legislação vigente para materiais de biorrisco.

Lote / Data de Fabricação: Vide rótulo.

Prazo de Validade: 36 meses, a partir da data de fabricação.

Notificação no MS/ANVISA nº: 81056919001

neoflex
PRODUTOS MÉDICOS

SAC: (16) 3947-3683

neoflex@neoflex.net.br | www.neoflex.net.br

Fabricado por Neoflex Biotecnologia Ltda - ME

Rua Braz Paschoal, 185 - Vila Industrial
Sertãozinho - São Paulo - Brasil - CEP: 14.177-010
CNPJ 17.385.610/0001-53 - Indústria Brasileira
Aut. Func. MS/ANVISA nº: 8.10.569-1
Resp.Téc.: Raquel Bortolin da Silva Nascimento
CRQ IV: 04365919